



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 73.ОЦ.11.000.М.000080.02.19 от 14.02.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактического адрес):  
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению в ООО "ВМ СТОМАТОЛОГИЯ" по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.58А

(Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Общество с ограниченной ответственностью "ВМ СТОМАТОЛОГИЯ" 432045, г. Ульяновск, ул.Ефремова, д.58А(Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертные заключения №49/3825 ОЛД/17 от 11.01.2019 г., №50/3923 ОЛД/17 от 11.01.2019 г., выданные ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"

Заключение действительно до 14.02.2024 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бордков Дмитрий Анатольевич  
Ф.И.О. подпись, печать



**№2891416**



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ульяновской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 73.ОЦ.11.000.М.000080.02.19 от 14.02.2019 г.

Условия работы с источниками ионизирующего излучения: эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВМ СТОМАТОЛОГИЯ"

1.1 Адрес юридический: 432045, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.58А

1.2 Адрес фактический : 432045, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.58А

2. Эксплуатация:

2.1. Аппарат панорамный рентгеновский с функцией компьютерной томографии ORTHOPHOS SL 3D

Тип аппарата - диагностический, ИИИ - генерирующий.

Заводской номер - 700527. Год выпуска - 2018.

Технические характеристики источника ионизирующего излучения:

Напряжение трубки: 60-90 кВ.

Сила тока на трубке: 3-16 мА.

2.2. Аппарат рентгеновский дентальный eXpert DC

Тип аппарата - диагностический, ИИИ - генерирующий.

Заводской номер - 3212063. Год выпуска - 2016.

Технические характеристики источника ионизирующего излучения:

Номинальное анодное напряжение: 65 кВ.

Сила тока на трубке: 7 мА.

3. Хранение и набор средств защиты от рентгеновского излучения персонала и пациентов соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бородков Дмитрий Анатольевич  
подпись, печать

